

SỞ Y TẾ THÁI BÌNH  
BỆNH VIỆN ĐA KHOA THÀNH PHỐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 2609/BG-BVĐK  
V/v yêu cầu báo giá mua sắm Máy hummer  
phẫu thuật Tai Mũi Họng phục vụ hoạt động  
chuyên môn của Bệnh viện Đa khoa thành  
phố Thái Bình.

Thái Bình, ngày 29 tháng 11 năm 2024

## YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, các nhà cung cấp tại Việt Nam  
Bệnh viện Đa khoa thành phố Thái Bình có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham  
khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Mua  
sắm thiết bị y tế phục vụ hoạt động chuyên môn với nội dung cụ thể như sau:

### I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa thành phố Thái Bình
- Người tiếp nhận: Ông Bùi Thanh Lịch – Phòng KHTH  
SĐT: 0961.87.55.89 - Email: thanhlichdktp@gmail.com
- Cách tiếp nhận báo giá:
  - Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Kế hoạch tổng hợp - Bệnh viện Đa khoa thành phố Thái Bình. Địa chỉ: Số 355, Đường Trần Lãm, phường Trần Lãm, Tp Thái Bình, tỉnh Thái Bình.
  - Nhận qua Email: thanhlichdktp@gmail.com

- Thời hạn nhận báo giá: từ 08h00 ngày 29/11/2024 đến 08h00 ngày 09/12/2024 trên trang thông tin điện tử của Bệnh viện <http://www.bvdktpthaibinh.vn>

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày phát hành.

### II. Nội dung yêu cầu báo giá:

- Danh mục thiết bị y tế: (Có phụ lục kèm theo)
- Địa điểm thực hiện: Bệnh viện Đa khoa thành phố Thái Bình.  
Địa chỉ: Số 355, Đường Trần Lãm, P. Trần Lãm, Tp Thái Bình, Thái Bình.
  - Hàng hóa được giao mới 100%, chưa qua sử dụng, được bảo quản và đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.
- Thời gian giao hàng dự kiến, thanh toán: Được thể hiện trong hợp đồng theo quy định khi có kết quả lựa chọn nhà thầu.



4. Các thông tin khác cần liên hệ: Bùi Thanh Lịch – Phòng KHTH – Bệnh viện Đa khoa thành phố Thái Bình.

Các đơn vị tham gia báo giá gửi kèm 01 bộ hồ sơ năng lực, đồng thời cần cung cấp thông tin chính xác, rõ ràng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung đã cung cấp.

*Nơi nhận:*

- Như kính gửi;
- Lưu: VT; KHTH.

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**



**Bùi Thanh Sơn**







### PHỤ LỤC DANH MỤC TBYT

(Kèm theo Yêu cầu báo giá số 2609/BG-BVĐK ngày 29/11/2024 của Bệnh viện Đakrông Thành Phố Thái Bình)

Stt	Tên hàng hóa	Cấu hình cơ bản	Đơn vị tính	Sl	Đơn giá
2	Máy hummer phẫu thuật tai mũi họng	<p><b>Yêu cầu chung:</b>            Thiết bị mới 100%            Sản xuất 2024 trở về sau            ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc EC hoặc tương đương            Nhiệt độ tối đa lên đến: <math>\geq 30^{\circ}\text{C}</math>            Độ ẩm tối đa lên đến <math>\geq 80\%</math></p> <p><b>Yêu cầu cấu hình</b>            Bao gồm:            Máy chính: 01 cái            Công tắc đạp chân: 01 cái            Motor kèm cáp nối: 01 cái            Ống tưới dịch: 01 cái            Đầu phun dầu bảo dưỡng: 01 cái            Tay bào cho Tai Mũi Họng: 01 cái            Ống tưới rửa: 10 bộ            Lưỡi bào thẳng, cỡ 3.5 ~ 4 mm: 02 cái            Lưỡi bào cong lõm, cỡ 3.5 ~ 4 mm: 02 cái            Lưỡi bào cong lồi, cỡ 3.5 ~ 4 mm: 02 cái            Xe đẩy máy: 01 cái</p>	Máy	01	