

SỞ Y TẾ THÁI BÌNH
BỆNH VIỆN ĐA KHOA THÀNH PHỐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 1628/BG-BVĐK

Thái Bình, ngày 13 tháng 8 năm 2024

V/v yêu cầu báo giá mua sắm thiết bị y tế
phục vụ hoạt động chuyên môn của Bệnh viện
Đa khoa thành phố Thái Bình.

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, các nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Đa khoa thành phố Thái Bình có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Mua sắm thiết bị y tế phục vụ hoạt động chuyên môn với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa thành phố Thái Bình
- Người tiếp nhận: Ông Bùi Thanh Lịch – Phòng KHTH
SĐT: 0961.87.55.89 - Email: thanhlichdktp@gmail.com
- Cách tiếp nhận báo giá:
 - Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Kế hoạch tổng hợp - Bệnh viện Đa khoa thành phố Thái Bình. Địa chỉ: Đường Trần Thánh Tông, phường Lê Hồng Phong, Tp Thái Bình, tỉnh Thái Bình.

- Nhận qua Email: thanhlichdktp@gmail.com

- Thời hạn nhận báo giá: từ 08h00 ngày 14/8/2024 đến trước 08h00 ngày 26/8/2024 trên trang thông tin điện tử của Bệnh viện <http://www.bvdktpthaibinh.vn>

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày phát hành.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

- Danh mục thiết bị y tế: (Có phụ lục kèm theo)
- Địa điểm thực hiện: Bệnh viện Đa khoa thành phố Thái Bình.
Địa chỉ: Trần Thánh Tông, P. Lê Hồng Phong, Tp Thái Bình, tỉnh Thái Bình.
 - Hàng hóa được giao mới 100%, chưa qua sử dụng, được bảo quản và đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.
- Thời gian giao hàng dự kiến, thanh toán: Được thể hiện trong hợp đồng theo quy định khi có kết quả lựa chọn nhà thầu.




4. Các thông tin khác cần liên hệ: Bùi Thanh Lịch – Phòng KHTH – Bệnh viện Đa khoa thành phố Thái Bình.

Các đơn vị tham gia báo giá gửi kèm 01 bộ hồ sơ năng lực, đồng thời cần cung cấp thông tin chính xác, rõ ràng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung đã cung cấp.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT; KHTH.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Bùi Thanh Sơn




PHỤ LỤC DANH MỤC TBYT

(Kèm theo Yêu cầu báo giá số 1628/BG-BVĐK ngày 13/8/2024 của Bệnh viện Đa khoa thành phố Thái Bình)

Stt	Tên hàng hóa	Cấu hình cơ bản	Đơn vị tính	Sl	Đơn giá
1	Máy xét nghiệm sinh hóa	<p>Yêu cầu chung: Máy mới: 100% Sản xuất năm: 2023 - 2024. Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485.</p> <p>* Cấu hình theo máy: Máy xét nghiệm sinh hoá tự động</p> <ul style="list-style-type: none"> - Máy chính: ≥01 cái. - Bộ máy tính, màn hình điều khiển: ≥01 bộ - Máy in (Mua tại Việt Nam): ≥01 cái. - Đầu đọc QR code: ≥01 cái. - Router mạng: ≥01 cái. - Cable mạng 6: ≥01 cái. - Ống li tâm 2mL: ≥50 cái. - Lọ đựng hoá chất 25mL kèm nắp: ≥50 cái. - Lọ đựng hoá chất 45mL kèm nắp: ≥50 cái. - Lọ đựng hoá chất 75mL kèm nắp: ≥50 cái - Cuvtte dự phòng: ≥04 cái. - Dây nguồn: ≥01 cái. - Vòi phun: ≥02 cái. - Vòi phun: ≥02 cái. - Vòng Hoop B240: ≥01 cái. - Xi lanh 50 mL: ≥01 cái - Chốt vặn: ≥4 cái. - Chổi cọ: ≥01 cái. - Đầu cắm nhanh: ≥02 cái. - Lọc khí: ≥01 cái - Ống silicone Φ14.5*Φ22mm: ≥5 mét. - Ống silicone Φ10*Φ14: ≥0.5 mét. - Ống PE: ≥5 mét. - Chất làm lạnh 500mL: ≥01 chai. - Dao cắt: ≥01 cái. - Bộ tháo lắp bóng đèn: ≥01 bộ. - Tay cầm giá đỡ: ≥04 cái. - Bộ tài liệu HDSD: ≥01 Bộ - Giá đỡ rack mẫu: ≥02 cái. - Giá đỡ ống nghiệm: ≥01 bộ. - Bình chứa: ≥01 Bộ 	Máy	01	

Stt	Tên hàng hóa	Cấu hình cơ bản	Đơn vị tính	Sl	Đơn giá
		- Bộ hoá chất test máy: GPT, Protein, Urea, Calibration, QC, Nước rửa Alkalein, nước rửa Acid: ≥01 Bộ			
2	Máy hummer phẫu thuật tai mũi họng	<p>Yêu cầu chung: Thiết bị mới 100% 2024 trở về sau ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc EC hoặc tương đương Nhiệt độ tối đa lên đến: $\geq 30^{\circ}\text{C}$ Độ ẩm tối đa lên đến $\geq 80\%$</p> <p>Yêu cầu cấu hình Bao gồm: Máy chính: 01 cái Công tắc đạp chân: 01 cái Motor kèm cáp nối: 01 cái Ống tưới dịch: 01 cái Đầu phun dầu bảo dưỡng: 01 cái Tay bào cho Tai Mũi Họng: 01 cái Ống tưới rửa: 10 bộ Lưỡi bào thẳng, cỡ 3.5 ~ 4 mm: 02 cái Lưỡi bào cong lõm, cỡ 3.5 ~ 4 mm: 02 cái Lưỡi bào cong lồi, cỡ 3.5 ~ 4 mm: 02 cái Xe đẩy máy: 01 cái</p>	Máy	01	
3	Máy siêu âm tổng quát	<p>I. Yêu cầu chung -Máy mới 100%, sản xuất năm 2023 trở về sau - Xuất xứ: quốc gia thuộc nhóm nước G7 - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, FDA - Điện nguồn sử dụng: 100~120 VAC / 200~240 VAC, 50/60Hz - Điều kiện môi trường làm việc: + Nhiệt độ: Tối $\geq 40^{\circ}\text{C}$ + Độ ẩm: Tối $\geq 75\%$</p> <p>II. Yêu cầu cấu hình - Máy chính thiết kế trên 4 bánh xe có thể di chuyển: 01 chiếc - Đầu dò Convex : 01 chiếc - Đầu dò Linear : 01 chiếc - Đầu dò Khối 4D : 01 chiếc - Đầu dò tim : 01 chiếc - Máy in chuyên dụng đen trắng : 01 chiếc - Bộ lưu điện online 2kVa : 01 chiếc - Gel siêu âm: 05 lít - Hướng dẫn sử dụng tiếng Anh, tiếng Việt: 01 bộ</p>	Máy	01	